

## EU DECLARATION OF CONFORMITY

**We,**

MEDICOM SAS  
Boulevard de la Chanterie – 49124 Saint Barthélemy d’Anjou – France  
Single Registration Number (SRN): FR-MF-000002873

**Declare that the declaration of conformity is issued under our sole responsibility and relates to the following product:**

**SafeTouch® Connect™ Rejuvenate**  
**Category III Personal Protective Equipment – Protective gloves**  
**Class I Medical Devices – Medical gloves**  
**Basic UDI-DI: 37014074GVL63AQ**

Reference	Brand	Powder	Color	Packaging
1163	MEDICOM	Powder-free	Natural	10 boxes of 100 units

**MD Intended purpose:** Single-use, non-sterile, powder-free, latex medical glove, intended to cover the hands and the wrists of the healthcare professional during medical cares or examinations, in order to prevent the risk of cross-contamination.

**PPE intended purpose:** Single-use, non-sterile, latex protective glove, powder-free, intended to protect the bearer against microorganisms (bacteria, moulds and viruses).

**The object of the declaration described above complies with the following Union harmonisation legislations:**

- Regulation (EU) 2017/745 on medical devices
- Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment

**The following harmonised standards and technical specifications have been applied:**

Medical Device	Personal Protective Equipment
EN 455-1	EN ISO 21420
EN 455-2	EN ISO 374-2
EN 455-3	EN ISO 374-5
EN 455-4	ISO 16604

**MEDICOM SAS**

Boulevard de la Chanterie – BP 10059 – 49181 Saint Barthélemy d’Anjou Cedex - France  
Tel : +33 (0)2.41.96.34.34 Fax : +33 (0)2.41.96.34.53

**Conformity assessment procedure:**

- **Personal protective equipment:**

The notified body CTC (0075) performed the EU type-examination (Module B) and issued the EU-type examination certificate n° 0075/1467/162/02/23/0339.

The products are subjected to the conformity to type based on internal production control plus supervised product checks at random intervals (Module C2) under surveillance of the notified body CTC (0075).

- **Medical device:**

The products are subjected to the procedure set out in Annex IV of the Regulation (EU) 2017/745 and do not require an EU-type examination certificate by a notified body.

**Signed for and on behalf of: Sandrine ENGELS, President of Medicom Europe**

**Name:** Yannick CHEVALIER

**Place of issue:** Saint Barthélemy d'Anjou

**Function:** European Quality, Regulatory and R&D Director

**Date of issue:** 17/04/2023

**Signature:**



**End of Validity date:** 01/03/2028

## DECLARATION UE DE CONFORMITE

**Nous,**

MEDICOM SAS  
Boulevard de la Chanterie – 49124 Saint Barthélemy d’Anjou – France  
Numéro d’enregistrement unique (SRN) : FR-MF-000002873

**Déclarons que la déclaration de conformité est établie sous notre seule responsabilité et concerne le produit suivant :**

**SafeTouch® Connect™ Rejuvenate  
Dispositifs Médicaux de classe I – Gants médicaux  
Equipements de Protection Individuelle de catégorie III – Gants de protection  
IUD-ID de base : 37014074GVLA63AQ**

Référence	Marque	Poudre	Couleur	Conditionnement
1163	MEDICOM	Non poudré	Naturel	10 boîtes de 100 unités

**Destination DM :** Gant médical en latex, à usage unique, non-stérile, non poudré, destiné à couvrir les mains et les poignets du personnel soignant lors de soins ou d’examens médicaux, dans le but de prévenir des contaminations croisées.

**Destination EPI :** Gant de protection en latex, à usage unique, non stérile, non poudré, destinés à protéger le porteur contre les microorganismes (bactéries, moisissures et virus).

**L’objet de la déclaration, décrit ci-dessus, est conforme aux législations d’harmonisation de l’Union suivantes :**

- Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux
- Règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle

**Les normes harmonisées et spécifications techniques suivantes ont été appliquées :**

Dispositif Médical	Equipement de Protection Individuelle
EN 455-1	EN ISO 21420
EN 455-2	EN ISO 374-2
EN 455-3	EN ISO 374-5
EN 455-4	ISO 16604

**MEDICOM SAS**

Boulevard de la Chanterie – BP 10059 – 49181 Saint Barthélemy d’Anjou Cedex - France  
Tel : +33 (0)2.41.96.34.34 Fax : +33 (0)2.41.96.34.53

SAS au capital de 1 214 000 € - RCS ANGERS 523 019 354 – Siret : 52301935400035 – Code APE 1395Z - TVA intra FR42523019354

page 3 / 4

**Procédure d'évaluation de la conformité :**

- **Equipement de protection individuelle :**

L'organisme notifié CTC (0075) a effectué l'examen UE de type (module B) et a établi l'attestation d'examen UE de type n° 0075/1467/162/02/23/0339.

Le produit est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires (module C2) sous la surveillance de l'organisme notifié CTC (0075).

- **Dispositif médical :**

Les produits sont soumis à la procédure prévue à l'Annexe IV du Règlement (UE) 2017/745 et ne nécessitent pas d'attestation d'examen UE de type par un organisme notifié.

**Signé pour le compte de : Sandrine ENGELS, Présidente Medicom Europe****Nom:** Yannick CHEVALIER**Lieu d'émission :** Saint Barthélemy d'Anjou**Fonction:** Directeur Europe Qualité, Réglementaires et R&D**Date d'établissement :** 17/04/2023**Signature:****Date de fin de validité :** 01/03/2028